

H 800

Analizador de Urina, **totalmente automatizado**



Equipamento
**TOTALMENTE
AUTOMATIZADO**
Análise Bioquímica do
Exame de Urina



DIRUI

H-800

Analizador de Urina Totalmente Automatizado

O equipamento H-800 é um avanço na urinálise, pois oferece a Análise Química do Exame de Urina em Automação Total com Precisão, Repetibilidade e Confiabilidade, além de proporcionar ganho efetivo de produtividade e agilidade na entrega de resultados.

Especificações

- Utilização de sistema de LED.
Método: Reflectância, Índice Refrativo e Dispersão de Luz.
- Filtros: 5525, 572, 610 e 660nm.
- Visor de LCD sensível ao toque (touch-screen).
- As amostras são homogeneizadas e pipetadas automaticamente nas tiras de urina, sem interferência humana.
- Tiras reativas descartadas automaticamente e transportadas para o compartimento de lixo sólido.
- Equipamento com função "STAT" (emergência).
- Leitor interno de código de barras.
- Impressora térmica interna.
- Capacidade de Processamento: 240 amostras/hora.
- Capacidade de Carregamento: 50 amostras.
- Compartimento para 200 tiras.
- Calibração: totalmente automática.
- Interface: RS232.
- Capacidade de memória: 10.000 resultados de amostras de pacientes, 5.000 resultados de amostras STAT e 1.000 resultados de amostras de CQ.

Tira de Urina - 10 a 12 parâmetros



Item Analisados:

H10: Urobilinogênio, Bilirrubina, Cetona (ácido acetoacético), Sangue, Proteína, Nitrito, Leucócitos, Glicose, Densidade e pH.

H11: Urobilinogênio, Bilirrubina, Cetona (ácido acetoacético), Sangue, Proteína, Nitrito, Leucócitos, Glicose, Densidade, pH e Ácido ascórbico.

H12: Urobilinogênio, Bilirrubina, Cetona (ácido acetoacético), Sangue, Proteína, Nitrito, Leucócitos, Glicose, Densidade, pH, Ácido ascórbico e Microalbuminúria.



www.biobrasilbiotecnologia.com.br
atendimento@biobrasilbiotecnologia.com.br
+55 11 5055 8877

Escritório Comercial SP: R. Fidêncio Ramos, 160 - sl 601 - VI. Olímpia - SP
Fábrica: Anápolis • GO

